

PiezoLine

Détartrage/Paro | 1L - 4L, PE1, 4PS



— max. 2 mm



PerioScan & Sirosonic
Niveau de puissance

Indication	100%	80%	70%
Détartrage	1L 2L	3L	4L
Prophylaxie implantaire	1981.SI1 SF1982	-	-
Paro	PE2 - 3 PE5 - 6	4PS	PE1

Remarque : débit du spray minimum 50 ml/min.